Implanon NXT® etonogestrel 68 mg

GUÍA PARA LA INSERCIÓN DEL IMPLANTE

Este gráfico no reemplaza la capacitación adecuada para la inserción de IMPLANON NXT.
Todos los médicos que realicen la inserción de IMPLANON NXT deben recibir instrucciones y capacitación antes de insertar el implante.

Características de la inserción del implante

En un estudio clínico, el tiempo promedio para la inserción* fue <1 minuto (27.9 ± 29.3 segundos).[1]

Un estudio clínico evaluó las características de inserción del aplicador para IMPLANON NXT[1]

Diseño del estudio

Estudio multicéntrico, abierto no controlado de 23 investigadores capacitados en la inserción correcta de IMPLANON NXT. Los investigadores realizaron 301 inserciones del implante IMPLANON NXT.

Diseño del estudio (continuación)

- En el estudio participaron 11 investigadores "con experiencia" (habían realizado ≥10 inserciones de IMPLANON en el último año) y 12 "sin experiencia" (<10 inserciones en el último año)
- Cada investigador llenó un cuestionario de satisfacción del usuario después de 4, 8 y 12 inserciones
- El cuestionario consistió en 5 dominios de preguntas, incluyendo los dominios de satisfacción general con el aplicador y de tiempos

Resultados

- De 301 inserciones del implante de IMPLANON NXT, el promedio de tiempo de inserción (desde que se retiró la tapa protectora del aplicador hasta que se retiró la aguja del brazo) fue 27.9 ± 29.3 segundos
- Más de un 90% de los investigadores reportó estar satisfecho o muy satisfecho con el nuevo aplicador después de la 4°, 8° y 12° inserción (91%, 95% y 100%, respectivamente

*Desde que se retiró la tapa protectora del aplicador hasta que se retiró la aguja del brazo.

1. Mansour D, Mommers E, Teede H, y cols. Clinician satisfaction and insertion characteristics of a new applicator to insert radiopaque implanon: an open-label, nonrandomised, multicenter trial. Contraception 2010;82(2):243-249.

1 Preparación de materiales y del paciente antes de la inserción

El implante se debe insertar justo debajo de la piel en el lado interno de la parte superior del brazo no dominante alrededor de 8 a 10 cm arriba del epicóndilo medial del húmero, evitando el surco (canal) entre los músculos bíceps y tríceps y los grandes vasos sanguíneos y nervios que yacen en el paquete neurovascular más profundo en el tejido subcutáneo.



A
La mujer debe recostarse sobre la espalda en la mesa de exploración, con el brazo no dominante flexionado a la altura del codo y rotado externamente de manera que la muñeca esté paralela al oído o su mano se encuentre cerca de la cabeza.

B
Identifique el sitio de inserción, que es el lado interior del brazo no dominante alrededor de 8 a 10 cm (3-4 pulgadas) arriba del epicóndilo medial del humero. **EVITANDO** el surco (canal) entre los músculos bíceps y tríceps y los grandes vasos sanguíneos y nervios que yacen en el paquete neurovascular más profundo en el tejido subcutáneo. **El implante se debe insertar subdérmicamente justo debajo de la piel.**

C
Trace las dos marcas con un marcador estéril.
Primero marque el punto donde se insertará el implante. Después, marque un punto a unos cuartos centímetros de la primera marca.
Esta segunda marca se usará posteriormente como una guía de dirección durante la inserción.

D
Limpie el sitio de inserción con una solución antiséptica.

Anestesie el área de inserción (por ejemplo, con un atomizador con anestésico o inyectando 2 ml de lidocaína al 1% justo debajo de la piel a lo largo del túnel de inserción

E
Retire el aplicador desechable estéril precargado de IMPLANON NXT que contiene el implante de su envase de burbuja. El aplicador no debe utilizarse si se duda de su esterilidad.
Sostenga el aplicador justo arriba de la aguja en el área de superficie texturizada. Retire la tapa de protección transparente deslizándola horizontalmente en la dirección de la flecha y contraria a la aguja.

Si la tapa no se desprende fácilmente, no debe usar el aplicador.

F
Puede observar el implante de color blanco en la punta de la aguja.

No toque el deslizador morado hasta que haya insertado subdérmicamente la aguja, ya que eso causa que la aguja se retraiga y libere prematuramente el implante del aplicador.

2 Inserción

G
Con su mano libre, estire la piel que rodea el sitio de inserción con el dedo pulgar y el índice.

H
Puncione la piel con la punta de la aguja ligeramente inclinada a menos de 30°.

I
Baje el aplicador a una posición horizontal. Mientras levanta la piel con la punta de la aguja, deslice la aguja en toda su longitud.

Durante todo el procedimiento de inserción, debe poder ver el sitio de inserción y el movimiento de la aguja.

J
Puede sentir una ligera resistencia, pero no ejerza demasiada fuerza.

Si la aguja no se inserta en toda su longitud, el implante no se insertará correctamente.

Puede ver mejor el movimiento de la aguja y que está justo debajo de la piel, si está sentado y viendo el aplicador de lado y NO desde arriba. En esta posición, puede ver claramente el sitio de inserción y el movimiento de la aguja justo debajo de la piel.

K
Mantenga el aplicador en la misma posición con la aguja insertada en toda su longitud. Si es necesario, pueda usar su mano libre para mantener el aplicador en la misma posición durante el siguiente procedimiento.

Desbloquee el deslizador morado presionándolo ligeramente hacia abajo.

L
Mueva el deslizador totalmente hasta atrás hasta que se detenga.
El implante ahora está en su posición subdérmica final y la aguja está asegurada dentro del cuerpo del aplicador. Ahora puede retirar el aplicador.

Si el aplicador no se mantiene en la misma posición durante este procedimiento o si el deslizador morado no se regresa completamente, el implante no se insertará correctamente.

M
Siempre verifique la presencia del implante en el brazo de la mujer inmediatamente después de la inserción por medio de palpación. Al palpar ambos extremos del implante, debe poder confirmar la presencia de la varilla de 4 cm.

3 Vendaje y palpación posterior a la inserción

N
Ahora la aguja está asegurada dentro del cuerpo del aplicador.

O
El implante ahora está insertado.

P
Aplique una venda adhesiva pequeña sobre el sitio de inserción. Pida a la mujer que palpe el implante.

Aplique una gasa estéril con una venda elástica para minimizar la formación de equimosis.

IMPLANON NXT es un anticonceptivo hormonal. Los anticonceptivos con progestágenos solos no deben usarse en ninguna de las circunstancias mencionadas a continuación.
Si aparece cualquiera de estas condiciones por primera vez durante el uso de IMPLANON NXT, se deberá suspender el uso del producto de inmediato:
Embarazo conocido o sospecha de embarazo; tromboembolismo venoso activo; tumores que se sabe o se sospecha sean sensibles a los esteroides sexuales; presencia o antecedentes de enfermedad hepática grave en la medida que los valores de la función hepática no han vuelto al nivel normal; sangrado vaginal no diagnosticado e hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes de IMPLANON NXT.

univadis® un servicio de MSD

NOTICIAS MÉDICAS

Manténgase al día de los temas principales en su campo, tanto en Argentina, como a nivel global. Ver más.

Antes de prescribir IMPLANON NXT, consulte la información para prescribir completa contenida en el código QR

Más información de otros productos en **msd.com.ar**
Más información científica en **univadis.com.ar**

¿Este email fue útil? SÍ NO

LÍNEA MSD A SU SERVICIO:
Contáctenos en la línea directa **+5411 6090 7200**,

o en nuestro correo electrónico **recepcion_argentina@merck.com**

La información contenida en este correo electrónico está destinada únicamente a profesionales de la salud y no debe copiarse ni distribuirse a ninguna otra persona que no sea el receptor al que va destinada.

Aviso de privacidad - Política de privacidad - Términos y condiciones de uso

¿No desea recibir más nuestros mensajes? Anule la recepción aquí.

D.R. © 2018 Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA.
Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial.
MSD ARGENTINA S.R.L.
Cazadores de Coquimbo 2841/57, Piso 4 (B1605AZE) - Munro - Vicente López - Bs. As. /
Tel.: 11-6090-7200 // www.msd.com.ar // recepcion_argentina@merck.com

05-2021- AR-XPL-00015

MSD